

CENTRO REGIONALE ANTIDOPING “A. BERTINARIA”**Regione Gonzole 10/1 – 10043 Orbassano (TO) - P.I./C.F. 08462090013****E MAIL: info@antidoping.piemonte.it – PEC: protocollo@cert.antidoping.piemonte.it**

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO, COMPRENSIVO DI POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E GARANZIA “FULL RISK” E DELLA FORNITURA DEI RELATIVI REAGENTI E CONSUMABILI, PER L’ESECUZIONE DI TEST DI CHIMICA CLINICA E DOSAGGIO DROGHE PRESSO IL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING “A. BERTINARIA” - CIG 875444193F

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e secondo le modalità contenute nel presente Allegato, parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara, con la relativa ripartizione dei punteggi:

D = “discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Q = “quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;

T = “tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Criteri e sub criteri e relativi punteggi (70 complessivi)		
Requisiti strumentali ed organizzativi	Punteggio Max	Tipologia D-Q-T
Gestione del controllo di Qualità presente sugli strumenti con possibilità di visualizzare l’andamento dei controlli (grafici di Levey-Jennings) ed impostazione regole di Westgard	1	D
Operazioni di accensione automatizzate con programmazione ed esecuzione di cicli di manutenzione che prevedano lavaggi, misura del bianco cuvetta in completa automazione	1	D
Analizzatori aperti in grado di gestire il maggior numero di metodiche di farmaco-tossicologia anche diverse da quelle richieste nel presente capitolato mediante l’utilizzo di canali aperti (specificare il numero di canali aperti).	6	D
Software gestionale dedicato al settore di farmaco-tossicologia con interfaccia web nativa e architettura a tre livelli. Sistema esperto di validazione clinica per: regole, valori di riferimento, creazione di note in automatico in base al risultato, deltacheck e comparazione e monitoraggio risultati precedenti. Ulteriori caratteristiche del software valutate sono: <ul style="list-style-type: none"> 1. Elaborazione ed esportazione delle statistiche 2. Manutenzione conservativa e/o evolutiva. 3. Numero referenze sul territorio nazionale di impianti dedicati alla tossicologia. 	8	D

Caricamento in continuo dei campioni.	1	D
Flessibilità e scalabilità del sistema analitico e software	4	D
Tracciabilità totale del dato analitico, con icona specifica sul software dello strumento con la possibilità di visualizzare e stampare tutti i dati relativi alla calibrazione, controlli, lotti dei reagenti e test dei pazienti (relazionare)	8	D
Compattezza dell'analizzatore: indicare le dimensioni in altezza + larghezza + profondità	4	D
Requisiti sui reagenti ed applicazioni		
Applicazioni per l'analisi delle droghe d'abuso sulla matrice cheratinica certificate CE secondo la direttiva 98/79/EC sull'analizzatore proposto. Dare evidenza. (Allegare documentazione relativa alle performance analitiche).	8	D
Possibilità di ampliare il pannello di tossicologia alle analisi delle droghe d'abuso su matrice ematica per l'accertamento dell'attualità d'uso (Art. 187 del codice della strada e legge sull'omicidio stradale). Applicazioni per l'analisi delle droghe d'abuso sulla matrice ematica certificate CE secondo la direttiva 98/79/EC sull'analizzatore proposto. Dare evidenza. (Allegare documentazione relativa alle performance analitiche).	8	D
Possibilità di verifica dell'adulterazione del campione urinario (relazionare)	4	D
Calibratori per le principali droghe d'abuso (Oppiacei, Cocaina, Cannabinoidi, Metadone, Amfetamine, Ecstasy) liquidi e dotati di barcode per lo strumento proposto.	4	D
Reattivi liquidi e pronti all'uso.	2	D
Possibilità di avere on-board due lotti diversi dello stesso reagente con calibrazioni dedicate	2	D
Possibilità di offrire kit di Etil Glucoronide / Ossicodone con reagente dotato di barcode specifico per l'analizzatore proposto	5	D
Possibilità di offrire kit per le seguenti metodiche: Cannabinoidi Sintetici, Catinoni, Fentanyl, Zolpidem, LSD, Metaqualone, Propossifene, Antidepressivi Triciclici	4	D
Requisiti supporto Tecnico Scientifico e Servizi		
Supporto specialistico nell'ambito della Tossicologia. Referenze della soluzione tecnologica proposta sul territorio nazionale. (Relazionare)	4	D
Servizio di Help Line telefonica con numero verde gratuito dedicato alla Farmacotossicologia. (Descrivere e Relazionare).	2	D
Punteggio Totale Offerta Tecnica	70	
Punteggio Totale Offerta Economica	30	
TOTALE	100	