

## INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO IN PLASTICA E VETRO OCCORRENTI AL CAD CON DURATA BIENNALE

### CHIARIMENTI

- Per il codice dei tappi e delle vials SILVS-001 e vial-001 il tipo di chiusura dei vial è crimp, snap o a vite?,
- RISPOSTA: **CRIMP**
- il setto potrebbe essere in PTFE/Silicone?
- RISPOSTA: **SI è in PTFE/Silicone**
- Andrebbe bene la nostra alternativa con diametro del collo delle vial da 9 mm e chiusura a vite?
- RISPOSTA: **NO**
- Per il codice vial SILVS-002 il setto richiesto può essere in PTFE/Silicone o solo ed esclusivamente in PTFE?
- RISPOSTA: **Esclusivamente PTFE/Silicone**
- Per i vial 009 si tratta di vial di plastica con inserto in plastica oppure vial di vetro con inserto in plastica?
- RISPOSTA: **Si tratta di vial di plastica con inserto conico in plastica**
- Che tipo di chiusura hanno le vials?
- RISPOSTA: **CRIMP**
- Potrebbe andare bene nostra alternative con tappi snap da 11 mm in PTFE/Silicone e vial in plastica?
- RISPOSTA: **NO**