

Prot. 641 del 09/12/2021

OGGETTO: “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA SPETTROMETRO DI MASSA CHE ABBA LE CARATTERISTICHE DI ANALIZZATORE IBRIDO A TRIPLO QUADRUPOLO/TRAPPOLA IONICA LINEARE OCCORRENTE AL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING “A. BERTINARIA” (CAD)

Il Responsabile del Procedimento

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/04/2018 che prevede che, l'individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta

AVVISA

che il CAD intende procedere all'affidamento della fornitura in oggetto.

Con il presente avviso, il CAD promuove un'indagine di mercato finalizzata a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL'INDAGINE

Acquisto di uno Spettrometro di massa con analizzatore ibrido che accoppia un quadrupolo, una cella di collisione ed una trappola ionica lineare (Q-q-LIT), in grado di frammentare gli ioni sia nella cella di collisione che nella trappola ionica lineare. In particolare, lo strumento deve soddisfare tutti i requisiti base per poter eseguire determinazioni qualitative (analisi UNTARGET) e quantitative (analisi TARGET) nell'ambito delle analisi forensi e più in generale nelle analisi di conferma delle sostanze d'abuso in matrici biologiche anche non convenzionali, utilizzando la modalità MRM (multiple reaction monitoring), integrate con le funzioni di scansione della trappola ionica lineare. In particolare, la scansione MS/MS/MS si rivela fondamentale per tutte quelle determinazioni quantitative TARGET, in cui la sensibilità di uno spettrometro classico, che opera solamente in modalità MRM, non è sufficiente. Per garantire quindi la sensibilità richiesta per le nostre analisi e in particolare per la determinazione del metabolita del THC, è fondamentale uno spettrometro di massa che abbia le caratteristiche di analizzatore a triplo quadrupolo accoppiato ad una trappola ionica lineare.

Lo Spettrometro deve essere dotato anche di un cromatografico UHPLC (incluso il Generatore di Azoto e Aria) completo di tutti gli accessori hardware e software, e che abbia una pressione di lavoro di massimo 1300 bar.

- Le analisi in laboratorio, sono rivolte alle commissioni medico legali, laboratori pubblici della ASO e ASL, Procure della Repubblica, Sert e privati,
- Le matrici analizzate sono principalmente matrice cheratinica, urine e sangue.
- Le analisi sono di sostanze illecite, a scopo di abuso di tipo sportivo e tossicologico.

Il CAD valuterà altresì le manifestazioni di interesse aventi ad oggetto prototipi di apparecchiatura in versione demo.

L'impegno di spesa previsto dal CAD per l'acquisto della fornitura in oggetto è compreso tra i 250.000 euro e i 310.000 euro, inclusa garanzia di almeno 24 mesi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Requisiti di ordine generale: Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gara e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

Requisiti di idoneità professionale: di cui all'art. 83 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- Essere iscritto alla CCIAA per forniture analoghe a quelle oggetto di appalto

Requisiti di capacità tecnico- professionale:

- Aver eseguito analoghe forniture presso laboratori pubblici o privati negli ultimi 3 anni.

CRITERIO DI SELEZIONE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti, che abbiano presentato manifestazione d'interesse all'affidamento della fornitura di cui al presente avviso, saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito.

Le offerte saranno valutate verificando i criteri di adeguatezza, sensibilità, specificità e metodica (semplicità di esecuzione) e verrà aggiudicata l'offerta ritenuta idonea ed economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto, dovranno far pervenire al CAD entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (27/12/2021) la propria manifestazione di interesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC: carmen.amodeo@cert.antidoping.piemonte.it con il seguente oggetto: "AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA SPETTROMETRO DI MASSA CHE ABBA LE CARATTERISTICHE DI ANALIZZATORE IBRIDO A TRIPLO QUADRUPOLO/TRAPPOLA IONICA LINEARE OCCORRENTE AL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING "A. BERTINARIA" (CAD).

Tali manifestazioni di interesse non dovranno contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, all'offerta che si intende presentare in caso di partecipazione alla procedura, pena l'esclusione.

La comunicazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Manifestazione di interesse redatta su carta intestata con indicazione della ragione sociale, sede legale, recapito telefonico, indirizzo pec e fax;
- Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal GDPR 2016/679. L'informativa è visionabile sul sito www.antidoping.piemonte.it.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le richieste per eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa, e di informazioni inerenti gli aspetti procedurali devono essere indirizzate, entro e non oltre il 17/12/2021 con le seguenti modalità:

A mezzo e-mail al seguente indirizzo pec: carmen.amodeo@cert.antidoping.piemonte.it

Tutti i chiarimenti verranno pubblicati sul profilo del committente (sito www.antidoping.piemonte.it- amministrazione trasparente- bandi gare e contratti- anno 2021), attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla procedura visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto a quanto contenuto nella presente.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Operativo Dott. Paolo Garofano.

I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno inviati al mittente e/o resi disponibili, in forma anonima, nel sito internet del Centro Regionale Antidoping

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dott. Paolo GAROFANO

Firmato in originale